

Hinweise zur Fertigung direkt verschraubter Suprastrukturen

Scan und Design erfolgen beim Kooperationspartner Millhouse. Ihr Auftrag (Modelle etc.) wird bei Ihnen von Opexx nach Ihrer Beauftragung bei C.HAFNER abgeholt. Bitte senden Sie uns dazu das ausgefüllte Formular vorab per Fax zu (07044 90334 333) oder nehmen Sie telefonisch Kontakt mit uns auf (07044 90333 333). Sie erhalten von Millhouse einen Designvorschlag zur Freigabe.

Um die besten Ergebnisse liefern zu können, müssen die Arbeiten, die zur Konstruktion kommen, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Um die hohen Erwartungen erfüllen zu können und die technischen Grenzen einzuhalten, möchten wir Sie bitten, diese Voraussetzungen zu beachten. Was uns sehr wichtig ist: Wir können Ihnen sonst nicht garantieren, dass Ihr Kunde und Sie am Ende wirklich zufrieden sind.

Bitte liefern Sie folgendes unbedingt mit:

- **Herausnehmbare Zahnfleischmaske**
- **Antagonistenmodell und Biss**
- **Wenn vorhanden, Situationsmodell oder Aufstellung**
- **Mindestens ein zusätzliches Modellanalog des jeweiligen Implantatsystems**

Um die Arbeit so gestalten zu können, wie Sie es sich vorstellen, möchten wir Sie bitten darauf zu achten, dass das Auftragsformular vollständig ausgefüllt ist.

Besonders wichtig sind uns folgende Informationen:

- **Legierung**
- **Voll- oder vestibulär verblendet**
- **Höckerunterstützt oder Kappe**
- **Girlande**
- **Retentionen im Zahnschema einzeichnen und Implantatdurchmesser angeben**

Wir kalkulieren für Scan, Design und Produktion 6 Arbeitstage zzgl. Postlaufzeiten.

Sie erhalten die gefräste Arbeit inklusive der definitiven Abutmentschrauben.

Zur Verfügung stehen aktuell die Implantatsysteme:

CAMLOG®

STRAUMANN Bone Level

STRAUMANN Tissue Level (Synocta®)

Multi-Unit-Abutments